

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ ЦИСТОУРЕТРОСКОПОВ «ОПТИМЕД»

НАИМЕНОВАНИЕ	011S	012S	013S	014S	521S	527S
СТВОЛ №16Ш						1
СТВОЛ №18Ш	1				1	
СТВОЛ №19Ш					1	1
СТВОЛ №21Ш		1	1	1	1	1
ТРУБКА ОПТИЧЕСКАЯ 30 °			1	1	1	1
ТРУБКА ОПТИЧЕСКАЯ 75 °	1	1			1	1
ПЕРЕХОДНИК ОПЕРАЦИОННЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ				1	1	1
ПЕРЕХОДНИК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ	1				1	1
ПЕРЕХОДНИК К ШПРИЦУ ГИБКИЙ	1	1	1	1	1	1
ПЕРЕХОДНИК К ШПРИЦУ ЖЕСТКИЙ					1	1
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМНИКА		1	1		1	
ОБСТУРАТОР К СТВОЛУ №16Ш						1
ОБСТУРАТОР К СТВОЛУ №18Ш	1				1	
ОБСТУРАТОР К СТВОЛУ №19Ш					1	1
ОБСТУРАТОР К СТВОЛУ №21Ш		1	1	1	1	1
ОБСТУРАТОР К СТВОЛУ №21Ш ВИЗУАЛЬНЫЙ					1	
ТРУБКА СИЛИКОНОВАЯ ДРЕНАЖНАЯ 10X3	1	1	1	1	1	1
ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ ЖЕСТКИЕ				1	1	
ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ ГИБКИЕ 9Ш			1		1	
ЩИПЦЫ БИОПСИЙНЫЕ ГИБКИЕ 7Ш			1		1	
ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ЖЕСТКИЕ				1	1	
ЩИПЦЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ГИБКИЕ 7Ш			1		1	
ЩЕТКА ГИБКАЯ					1	1
ЩЕТКА ЖЕСТКАЯ	1	1	1	1	1	1
КОЛПАЧОК СИЛИКОНОВЫЙ	5	15	5	5	10	3
КОЛПАЧОК СИЛИКОНОВЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ	5	10	20	20	20	5
ВТУЛКА (ВОЛЬФ)	1	1	1	1	2	2
ВТУЛКА (ШТОРЦ, ОЛИМПАС)	1	1	1	1	2	2
ВАТОДЕРЖАТЕЛЬ			1	1	1	1
НАСАДКА		2			6	6