

## ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью Концерн "Аксион" (ООО Концерн "Аксион"), Россия.

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии,  
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике  
06.09.2015, ОГРН 1141831004072.

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер),  
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90.

Телефон: +73412560847. Факс: +73412511864.

адрес, телефон, факс)

в лице Генерального директора Екимчева Сергея Николаевича

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, от имени которой принимается декларация)

заявляет, что Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80 по ТУ 32.50.50-238-49640047-2017 с принадлежностями, в вариантах исполнения:

I. Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80-01.

1. Состав:

- 1.1. Блок управления ЮМГИ.943129.012 - 1 шт.
- 1.2. Фильтр ЮМГИ.941131.005 - 1 шт.
- 1.3. Контейнер-сборник ЮМГИ.725213.005 - 1 шт.
- 1.4. Крышка ЮМГИ.943129.005 - 1 шт.
- 1.5. Трубка соединительная ЮМГИ.943139.013 - 1 шт.
- 1.6. Трубка соединительная ЮМГИ.943139.013-01 - 1 шт.
- 1.7. Трубка связи с пациентом ЮМГИ.943139.014 - 1 шт.
- 1.8. Кабель питания ЮМГИ.685631.274 - 1 шт.
- 1.9. Адаптер питания сетевой ЮМГИ.436234.007 - 1 шт.
- 1.10. Переходник ЮМГИ.943139.015 - 1 шт.
- 1.11. Руководство по эксплуатации ЮМГИ.941624.009 РЭ - 1 шт.

2. Принадлежности:

- 2.1. Мембрана микрофильтрационная МФФК-4 Ø 52 мм ТУ2255-008-43153636-2015 - 20 шт.
- 2.2. Вставка плавкая ВПТ6-12 ОЮО.481.021 ТУ - 2 шт.

II. Отсасыватель медицинский портативный ОМП-5/80-02.

1. Состав:

- 1.1. Блок управления ЮМГИ.943129.012-01 - 1 шт.
- 1.2. Фильтр ЮМГИ.941131.005 - 1 шт.
- 1.3. Контейнер-сборник ЮМГИ.725213.005 - 1 шт.
- 1.4. Крышка ЮМГИ.943129.005 - 1 шт.
- 1.5. Трубка соединительная ЮМГИ.943139.013 - 1 шт.
- 1.6. Трубка соединительная ЮМГИ.943139.013-01 - 1 шт.
- 1.7. Трубка связи с пациентом ЮМГИ.943139.014 - 1 шт.
- 1.8. Кабель питания ЮМГИ.685631.274 - 1 шт.
- 1.9. Адаптер питания сетевой ЮМГИ.436234.007 - 1 шт.
- 1.10. Переходник ЮМГИ.943139.015 - 1 шт.
- 1.11. Руководство по эксплуатации ЮМГИ.941624.009 РЭ - 1 шт.

2. Принадлежности:

- 2.1. Мембрана микрофильтрационная МФФК-4 Ø 52 мм ТУ2255-008-43153636-2015 - 20 шт.
- 2.2. Вставка плавкая ВПТ6-12 ОЮО.481.021 ТУ - 2 шт.

(наименование, тип, марка продукции (услуги), на которую распространяется декларация).

Код ОК 005 (ОКП): -, Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9018 90 840 9.

(код ОК 005-93 и (или) ТН ВЭД России или ОК 002-93 (ОКУН),

Серийный выпуск.

сведения о серийном выпуске или партии (номер партии, номера изделий, реквизиты договора (контракта), накладная)

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью Концерн "Аксион" (ООО Концерн "Аксион"), Россия,  
426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90.

Телефон: +73412560847. Факс: +73412511864.

Место производства медицинского изделия:

ООО Концерн "Аксион", Россия, 426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90.

(наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес, телефон, факс)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ ISO 10079-1-2012.

(обозначение нормативных документов, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием пунктов этих нормативных документов, содержащих требования для данной продукции (услуги))

Декларация принята на основании

Протокола технических испытаний № 2018-170.1 от 05.03.2018г., Испытательная лаборатория АО «НИИМТ», рег. № РОСС RU.0001.517966 с 15.04.2015 г.;