

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ

Операционная система: Windows XP/VISTA/7/8/10
Видеоадаптер: любой, поддерживающий DirectX6.1
Свободное место на жестком диске: не менее 25 Мбайт
Порт USB для подключения прибора

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

При соблюдении правил эксплуатации и хранения производитель гарантирует безотказную работу в течении 12 месяцев со дня продажи, а при отсутствии штампа торгующей организации - со дня изготовления. Настоящий паспорт является документом для предъявления претензий. При отсутствии печати разработчика и подписи доверенного лица в паспорте претензии к аппарату не принимаются. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие.

Гарантия не распространяется на потребительскую тару, а также на кабели, электроды и другие расходные материалы, имеющие контакт с пациентом.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация проводится обычным способом, применяемым для изделий и материалов, не представляющих опасности.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Комплекс аппаратно-программный для аккупунктурной диагностики по БАТ и БА3 и лечения методами электро- и биорезонансной терапии «Кабинет Фолля» по ТУ 9444-001-0116473274-2009.

КОМПЛЕКС АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ ДЛЯ АККУПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО БАТ И БА3 И ЛЕЧЕНИЯ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРО- И БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕРАПИИ

«Кабинет Фолля»

РУ Росздравнадзора № ФСР 2009/04719 от 10.08.2016 г.
Декларация соответствия № РОСС RU Д-RU.АД37.В.26655/20
Лицензия на производство ФС-99-004-005303 от 19.12.2017 г



ЛИДЕРМЕД

WWW.ЛИДЕРМЕД.РФ

ПАСПОРТ

ВВЕДЕНИЕ

Комплекс аппаратно-программный для акупунктурной диагностики по БАТ и БАЗ и лечения методами электро- и биорезонансной терапии «Кабинет Фолля» по ТУ 9444-001-0116473274-2009 предназначен для использования в условиях лечебных, лечебно-профилактических медицинских учреждений.

В зависимости от потенциального риска применения комплекс относится к классу 2а в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51609.

Вид климатического исполнения УХЛ категории 4.2 по ГОСТ Р 50444. По воспринимаемым механическим воздействиям комплекс относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444, по последствиям отказа - к классу В по ГОСТ Р 50444.

По безопасности комплекс соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ Р 50267.10, ГОСТ Р МЭК 60601-1-1. В части электробезопасности комплекс выполнен как изделие класса II с рабочей частью типа BF.

Время непрерывной работы комплекса не более 8 часов.

Пуско-наладочные работы не нужны. Калибровка (поверка) не требуется (приказ МЗ РФ от 15.08.2012 г. N 89н.)

Внимание! Перед применением Комплекса «Кабинет Фолля» в домашних условиях необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После каждого пациента обработайте электроды спиртом, затем – салфетками с формальдегидом (бактерицидными, противовирусными и фунгицидными).
- Подключение к сети 220 проводится только в режиме электрофизиотерапии.
- Храните электроды, контейнеры и насадки в отдельных пакетах.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Проводить обследование лицам, имеющим имплантированные электронные устройства (например, электрокардиостимуляторы)
- Одновременно подключать пациента к аппарату «Кабинет Фолля» и к электрохирургическому аппарату.
- Работать ближе чем 1 м. от работающего аппарата коротковолновой и микроволновой терапии
- Включать прибор в сеть, предварительно не убедившись в исправности розетки, целостности корпуса и проводов.
- Эксплуатировать прибор при снятой крышке корпуса электронного блока.
- Эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной влажностью (бани, сауны, теплоцентрали, подвалы и т.д.)
- Нарушать естественный теплоотвод корпуса электронного блока и укрывать его теплоизоляционными предметами (подушками, одеялами и т.п.)
- Включать прибор в сеть и/или подключать к компьютеру в течение 6 часов после пребывания при отрицательных температурах
- Попадание влаги внутрь прибора при дезинфекции и санитарной обработке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

Аппарат "Кабинет Фолля" (вер. Master)	1 шт
Электрод цилиндрический	2 шт
Электрод-щуп	1 шт
Контейнер для тестирования	2 шт
Провод для соединения электродов с прибором	1 шт
Кабель питания прибора	1 шт
Электроды для электротерапии	2 шт
Адаптер – переходник «штекер-кнопка»	2 шт
Насадка для проведения диагностики по Накатани	1 шт
Насадка для проведения диагностики Су-Джок	1 шт
Провод для тестирования	1 шт
Кабель USB для подключения прибора к компьютеру	1 шт
Фиксирующий эластичный бинт (Мартенса)	1 шт
USB Flash Drive с установкой программы и утилитами	1 шт
Технический паспорт	1 шт
Упаковочная тара (сумка или почтовая коробка)	1 шт

Технические характеристики:

Напряжение питания от внешней сети, В	220 ± 22
Частота, Гц	50
Напряжение питания от USB, В	5
Максимальная мощность от сети переменного тока, В·А	Не более 90
Напряжение на электродах в режиме диагностики по Фоллю, В, max	1,28
Амплитуда тока в режиме диагностики по Фоллю, мкА, max	12
Частота измерений, Гц	3
Напряжение на электродах в режиме диагностики по Накатани, В, max	12
Амплитуда тока в режиме диагностики по Накатани, мкА, max	150
Длительность импульса, с	5
Полярность импульсов в режиме «Электротерапия по Фоллю»	+/-
Диапазон напряжения в режиме «Электротерапия по Фоллю», В	0 – 20
Сопр. нагрузки в режиме «Электротерапия по Фоллю», Ом	500
Длительность импульса тока, мс	1 – 1000
Частота в режиме «Электротерапия по Фоллю», Гц	1 – 10
Сопротивление нагрузки в режиме «Электрофизиотерапия», Ом	500
Полярность импульсов в режиме «Электрофизиотерапия»	+
Диапазон выходного тока в режиме «Электрофизиотерапия», мА	0 - 20
Напряжение в режиме «Биорезонансная терапия», мВ, max	Не более 3
Сопр. нагрузки в режиме «Биорезонансная терапия», Ом	100
Максимальная частота в режиме «Биорезонансная терапия», Гц	500 000
Коэффициент усиления в режиме «Биорезонансная терапия»	1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 32
Масса аппарата с электродами и проводами, не более, кг	1
Габаритные размеры прибора, не более, мм.	150x185x45
Допускаемые отклонения от любого установленного значения	не более ±10%